



Test Instruments

數位式溫度錶

MODEL TES-1306

2個測試通道功能

可記錄最大值 / 最小值

相對值功能顯示 (REL)

K/J 2種熱電偶型式選擇

- 測試通道可自動循環量測
- 自動換檔功能



TES-1306

Specifications for TES-1306

電氣規格:

溫度測量範圍:


Type J: -200°C to 760°C / -328°F to 1400°F

Type K: -200°C to 1370°C / -328°F to 2498°F

準確度在溫度 $23\pm5^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度80%RH以下條件

環境中校正。

單一熱電偶測量:



一般規格:

超過測量範圍指示: OL

極性表示: 自動極性 "—" 號表示

取樣率: 2.5次 / 秒

負荷保護最大輸入電壓:

DC 60 V, AC 24 V

電池電力指示:

當電池電壓不足時，將顯示"".

檔位	解析度	範圍		準確度
		Type K	Type J	
°C	0.1°C	-200°C ~ 0°C	-200°C ~ 0°C	±(0.2% rdg+1°C)
		0°C ~ 200°C	0°C ~ 150°C	±(0.1% rdg+0.8°C)
	1°C	200°C ~ 1370°C	150°C ~ 760°C	±(0.2% rdg+2°C)
°F	0.2°F	-328°F ~ 32°F	-328°F ~ 32°F	±(0.2% rdg+2°F)
		32°F ~ 392°F	32°F ~ 302°F	±(0.1% rdg+1.6°F)
	2°F	392°F ~ 2498°F	302°F ~ 1400°F	±(0.2% rdg+ 3°F)

T1-T2雙端測量型態下準確度：基本精度+0.2%讀值。

註：準確度誤差並不包含測溫棒之誤差，請參考測溫棒之規格。

電源：

單個9V電池，006P或IEC6F22或NEDA1604

電池壽命：約100小時

操作溫濕度：

0°C to 40°C (32°F to 104°F), 10 - 80%RH

儲存溫濕度：

-10°C to 60°C (14°F to 140°F), 10 - 80%RH

尺寸：

135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高)

重量：約235公克

附件：

使用說明書、電池、護套、測溫棒(TP-K01)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)